

1.	Schodolaz krocący – schodolaz transportujący niepełnosprawnego bez wózka, waga całego urządzenia do 35 kg, szerokość urządzenia do 505 mm, wysokość urządzenia około 1130mm, głębokość urządzenia około 675 mm. Udźwig do 135kg. Minimalna szerokość elementu krocącego stykającego się ze schodami – 27 mm na każdą stronę, element krocący wykonany z gumy. Schodolaz musi mieć możliwość pokonywania stopni o maksymalnej wysokości 220 mm. W zestawie akumulator i ładowarka sieciowa.	1 szt.
----	--	--------